

Российская Федерация
г. Иркутск

Ассоциация
"Национальное объединение органов
инспекции, специалистов и экспертов по
оценке и подтверждению соответствия"

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 55-58
Тел. +7 926 050 48 95
E - mail: info@nooirf.ru
<http://nooirf.ru>

26 апреля 2021г. № 2021-04-26-4
На № _____ от _____

В Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

125039, г. Москва, Пресненская
наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2)

E - mail: info_admin@minprom.gov.ru

Запрос

о применении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1847

В связи с запросами, поступающими в наш адрес от членов Ассоциации "Национальное объединение органов инспекции, специалистов и экспертов по оценке и подтверждению соответствия", **просим Вас разъяснить применение** Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1847, (далее - Перечень) в части:

1. Обязательные метрологические требования к измерениям, установленным Перечнем, распространяются на **измерения, выполняемые в целях производственного контроля на объектах, не отнесенных к категории опасных производственных объектов?**
2. При проведении измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений **обязательно ли** строго придерживаться диапазонов измерений, приведенных в Перечне, или достаточно, чтобы диапазон измерений, применяемый конкретным хозяйствующим субъектом, находился в пределах диапазона измерений, регламентированного Перечнем? Например, в соответствии с пунктом 3.1 Перечня, измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ в атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений должно находиться в диапазоне от 10^{-10} до 10^{-7} мг/м³. В зависимости от определяемого показателя (хлор, аммиак и др.) диапазон будет различным, находиться в пределах, но не

совпадать с диапазоном измерений, предусмотренным Перечнем.

Ответ просим направить на электронную почту info@nooirf.ru.

С уважением,
Президент Ассоциации "Национальное
объединение органов инспекции, специалистов и
экспертов по оценке и подтверждению
соответствия"



А.А. Катуркин